

Nghi Sơn, ngày 27 tháng 4 năm 2023

THƯ MỜI BÁO GIÁ

V/v mua sắm Hệ thống nội soi Tai – Mũi - Họng năm 2023

Kính gửi: Các Công ty cung cấp Trang thiết bị Y tế

Hiện nay, Bệnh viện đang có kế hoạch mua sắm Hệ thống nội soi Tai – Mũi - Họng sử dụng tại Bệnh viện năm 2023. Nhằm mục đích xây dựng giá dự toán, dự trù kinh phí cho gói thầu, Bệnh viện trân trọng kính mời Quý công ty tham gia báo giá cung cấp Trang thiết bị y tế, cụ thể như sau:

1. Nội dung Báo giá: Cung cấp Vật tư y tế cho Bệnh viện gồm các mặt hàng sau:

STT	Tên Hàng hóa	Đơn vị tính	Số lượng	Ghi chú
1	Hệ thống nội soi Tai – Mũi - Họng	Hệ thống	01	

(Có đính kèm 01 cấu hình kỹ thuật)

- Yêu cầu báo giá: Bảng báo giá đầy đủ thông tin theo Mẫu báo giá đính kèm
- Hình thức gửi báo giá: Bản cứng và bản mềm định dạng PDF (đã đóng dấu)
- Thời hạn nộp báo giá: Từ ngày 27 tháng 4 năm 2023 đến 16h30 ngày 07 tháng 5 năm 2023.
- Địa điểm gửi báo giá: Khoa Dược – Bệnh viện đa khoa khu vực Nghi Sơn – Tô dân phố Xuân Hòa – Phường Hải Hòa – Thị xã Nghi Sơn – Tỉnh Thanh Hóa. Điện thoại: 0237.3970467. Bản mềm gửi vào địa chỉ gmail: khoaduoc.bvkvtd@gmail.com

Rất mong Quý Công ty quan tâm tham gia báo giá.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như Kính gửi
- Lưu VT, KD



GIÁM ĐỐC
Lê Kim Đức

TÊN CÔNG TY BẢO GIÁ

Số:.....BG:.....

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

..... Ngày Tháng Năm



BẢO GIÁ
CUNG CẤP TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

Kính gửi: Bệnh Viện đa khoa khu vực Nghi Sơn

Chúng tôi là..... có địa chỉ tại..... mã số thuế..... Chúng tôi xin gửi tới Quý Bệnh viện bản chào giá các mặt hàng như sau:

STT	Tên hàng hóa	Mã kê khai (nếu có)	Chủng loại, ký mã hiệu (Model)	Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản	Hãng/Nước sản xuất	Hãng/Nước chủ sở hữu	Phân loại trang thiết bị y tế ND 98/2021	Đơn vị tính	Quy cách	Số lượng	Đơn giá đã bao gồm VAT (VNĐ)	Thành tiền (VNĐ)
1												

- Hiệu lực báo giá:.....
- Điều kiện thanh toán:.....
- Mối 100%, sản xuất từ năm:.....
- Chi phí vận chuyển, giao hàng:.....
- Thời gian giao hàng:..... ngày kể từ ngày nhận được thông tin gọi hàng.
- Địa điểm giao hàng: Tại Bệnh viện đa khoa khu vực Nghi Sơn. Địa chỉ: Tổ dân phố Xuân Hòa, Phường Hải Hòa, Thị xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hóa.
- Số điện thoại liên hệ:.....

Tài liệu kèm theo Báo giá gồm có:

1. Giấy chứng nhận lưu hành tự do (FSC) (nếu có).
2. Tài liệu mô tả sản phẩm như: Catalog, thuyết minh tính năng kỹ thuật...
3. Bản in kê khai giá tại địa chỉ: <http://kekhaigiattby.t.moh.gov.vn>

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA CÔNG TY

YÊU CẦU KỸ THUẬT CƠ BẢN HỆ THỐNG NỘI SOI TẠI – MŨI - HỌNG



Đính kèm thư mời báo giá số 79 ngày 27/4/2023

I. Yêu cầu chung

- Máy mới 100%, sản xuất từ năm 2022 trở đi
- Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc tương đương.
- Điện áp sử dụng: 220 – 240V, 50/60 Hz
- Môi trường hoạt động: Nhiệt độ tối đa $\geq 28^{\circ}\text{C}$, Độ ẩm tối đa $\geq 80\%$

II. Cấu hình yêu cầu

Hệ thống nội soi Tai – Mũi - Họng tiêu chuẩn kèm phụ kiện: 01 hệ thống bao gồm:

1. Nguồn sáng: 01 cái
2. Bộ xử lý hình ảnh: 01 cái
3. Camera nội soi: 02 cái
4. Ống nội soi: 01 cái
5. Dây dẫn sáng: 01 cái
6. Màn hình: 01 cái
7. Xe đẩy chuyên dụng: 01 cái
8. Cáp tín hiệu: 01 cái
9. Công tắc dừng hình: 01 cái
10. Sách hướng dẫn sử dụng.

III. Yêu cầu kỹ thuật

1. Nguồn sáng
 - Tích hợp hoặc rời với Bộ xử lý hình ảnh.
 - Nguồn sáng sử dụng bóng LED
 - Nhiệt độ màu của bóng LED $\geq 5500\text{K}$

2. Bộ xử lý hình ảnh

- Độ phân giải $\geq 1920 \times 1080$ pixel, Full HD.
- Khả năng tích hợp cho phép loại bỏ việc chỉnh tay các thông số để lấy được hình ảnh.

3. Camera nội soi

- Optic nội soi 0° đường kính: 2,7mm - 4mm, chiều dài: 100mm - 175mm
- Optic nội soi 70° đường kính: 2,7mm - 4mm, chiều dài: 100mm - 175mm

4. Màn hình

- Màn hình hiển thị tích hợp hoặc rời với Bộ xử lý hình ảnh
- Màn hình ≥ 19 inch, tích hợp công nghệ IPS.
- Độ phân giải $\geq 1920 \times 1080$ pixel, Full HD.

5. Xe đẩy chuyên dụng

- Làm bằng sắt sơn tĩnh điện hoặc inox
- Có ≥ 4 bánh xe, có khóa hãm.
- Có giá treo ống nội soi
- Có ≥ 4 ổ cắm các thành phần của hệ thống.

6. Tài liệu đi kèm

- Hướng dẫn sử dụng (Tiếng Việt, Tiếng Anh)
- Hướng dẫn bảo trì, bảo dưỡng và sửa chữa cơ bản.

IV. Các yêu cầu khác

- Thời gian giao hàng: ≤ 90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
- Địa điểm giao hàng: Bệnh viện đa khoa khu vực Nghi Sơn
- Bảo hành ≥ 12 tháng từ ngày nhận được biên bản bàn giao, nghiệm thu đưa vào sử dụng tại Bệnh viện.
- Nhà thầu chịu trách nhiệm lắp đặt, chạy thử và hướng dẫn sử dụng cho cán bộ vận hành tại Bệnh viện.
- Có cán bộ kỹ thuật chuyên lắp đặt, bảo hành, bảo trì làm dịch vụ kỹ thuật sau bán hàng.
- Trang thiết bị y tế có phân loại và lưu hành sản phẩm theo quy định hiện hành.
- Nhà thầu bảo giá bảo trì sau bảo hành.

- Nhà thầu bảo giá một số vật tư, linh kiện, phụ tùng thay thế trong quá trình bảo dưỡng, sửa chữa và cam kết cung cấp vật tư, phụ kiện, phụ tùng thay thế trong vòng 10 năm sau bán hàng
- Khi nhận được thông tin máy hỏng cán bộ kỹ thuật của nhà thầu phải có mặt trong vòng 48 giờ sau khi nhận được thông báo để kiểm tra và xử lý sự cố.