

Nghi Sơn, ngày 29 tháng 3 năm 2024

THƯ MỜI BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện đa khoa khu vực Nghi Sơn có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: “Mua vật liệu thay thế cho hệ thống lọc nước RO sử dụng trong chạy thận nhân tạo” với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện đa khoa khu vực Nghi Sơn.
 - Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
 - Họ tên: Lê Thế Phiệt
 - Chức vụ: Dược sĩ
 - Số điện thoại: 02373.970.467
 - Email: khoaduoc.bvktg@gmail.com.
 - Cách thức tiếp nhận báo giá:
 - Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Khoa Dược – Bệnh viện đa khoa khu vực Nghi Sơn – Tổ dân phố Xuân Hòa – Phường Hải Hòa – Thị xã Nghi Sơn – Tỉnh Thanh Hóa.
 - Nhận qua email: khoaduoc.bvktg@gmail.com
 - Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 16h30 ngày 29 tháng 3 năm 2024 đến trước 17h ngày 12 tháng 4 năm 2024.
- Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 13 tháng 4 năm 2024.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

- Danh mục thiết bị y tế/ linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế sử dụng cho trang thiết bị y tế (gọi chung là thiết bị).

ST T	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng/khối lượng	Đơn vị tính
1	Vật liệu lọc đa năng Model: ODM-2F	Kích thước hạt: 0.1-10.0mm	80	Lit

	- Hãng sản Xuất: OKPUR - 40 lít/bao - Sản Xuất tại: Nga	Tỷ trọng: 570-700 kg/m ³ Diện tích bề mặt: 120-180 m ² /g Độ xốp: 70% Dung lượng hấp thụ: 1.3g/g Độ ẩm: 90-95%		
2	Vật liệu lọc Birm - Model: A8006 - Xuất xứ: USA - Đóng gói: 28,3 lít/ bao (1 cu.ft)	- Kích thước: 10x40 - Kích thước hiệu quả: 0.48 mm - Hệ số đồng nhất: 2.7	1	Bao
3	Cát lọc - Xuất xứ: Việt Nam	Cát thạch anh lọc nước; - Màu sắc: trắng nhẹ	150	kg
4	Than hoạt tính Model: DGF8x30GL - Kích thước hạt: 8x30 mesh - Đóng gói: 15kg/bao - Thương hiệu Carbotech - Đức - Xuất xứ: Úc	Kích thước hạt: >8 mesh (2.36 mm) tối đa 10% và <30 mesh (0.6 mm) tối đa 5% - Độ ẩm (đóng gói): Tối đa 5% - Hàm lượng tro: 10%	105	kg
5	Chất trao đổi ion làm từ nhựa nguyên sinh dạng hạt Purolite C100E - Hãng : Purolite Anh (nhà máy sản xuất tại Trung Quốc) - Đặc điểm: Góc Na ⁺	Ch Công dụng trao đổi ion, khử Ca 2+, Mg 2+, (làm mềm nước) - Lượng trao đổi: 1.9 meq/ml - Kích thước: 0.3 - 1.2 mm - Tỷ trọng : 0,85 kg/lít	200	Lít
6	Lõi lọc 5 micron, 20 inch Model: IM05B2 - Hãng : Epore - Xuất xứ: Hàn Quốc	Vật liệu: Polypropylen - Độ dài: 20inch - Cấp độ lọc: 5µm - Đường kính trong: 28/30mm - Đường kính ngoài: 60/63mm	10	Cái
7	Lõi lọc 0,2 micron, 10 inch - Model: IPC02A1E - Hãng : Epore - Xuất xứ: Hàn Quốc	Vật liệu: Polypropylen - Độ dài: 10inch - Cấp độ lọc: 0.2µm - Đường kính trong: 28/30mm - Đường kính ngoài: 68mm	04	Cái
8	Vật tư phụ : Ống, Măng xông , T, Cút , Giắc co inox kết nối ... Khi lắp đặt màng		1	Bộ

9	- Nhân công sức rửa đường ống, thay thế lõi lọc	- Sau khi sức rửa kiểm tra lại tồn dư hóa chất bằng que test nhanh , kiểm tra độ dẫn điện bằng bút đo độ dẫn	01	Hệ thống
10	Nhân công vận chuyển lắp đặt		01	Lần

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế:

- Địa điểm cung cấp: Bệnh viện đa khoa khu vực Nghi Sơn – Tổ dân phố Xuân Hòa – Phường Hải Hòa – Thị xã Nghi Sơn – Tỉnh Thanh Hóa.

- Yêu cầu về vận chuyển: Nhà cung cấp chịu trách nhiệm vận chuyển đến địa điểm cung cấp. Chi phí vận chuyển tính vào giá chào giá. Hàng được giao phải mới 100%, đảm bảo nguyên đai, nguyên kiện.

- Yêu cầu về lắp đặt, bảo quản: Nhà cung cấp chịu trách nhiệm về việc lắp đặt và hướng dẫn bảo quản theo đúng quy định của nhà sản xuất.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Không quá 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:

- Tạm ứng: không

- Thanh toán hợp đồng: Chủ đầu tư thanh toán cho cung cấp trong vòng 30-60 ngày sau khi nhận đầy đủ chứng từ hợp lệ theo quy định của pháp luật.

5. Các thông tin khác.

Các đơn vị báo giá theo mẫu báo giá đính kèm.

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu VT, KD.

GIÁM ĐỐC



GIÁM ĐỐC
Lê Kim Đức

TÊN ĐƠN VỊ BÁO GIÁ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: /BG-

Địa danh, Ngày Tháng Năm

BÁO GIÁ

Kính gửi:Bệnh viện đa khoa khu vực Nghi Sơn

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của: Bệnh viện đa khoa khu vực Nghi Sơn, chúng tôi...*[ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh]* báo giá cho các thiết bị y tế như sau:

1. Báo giá cho các thiết bị y tế và dịch vụ liên quan

STT	Danh mục thiết bị y tế	Ký, mã, nhãn hiệu, model, hãng sản xuất	Mã HS	Năm sản xuất	Xuất xứ	Số lượng/khối lượng	Đơn giá(VND)	Chi phí cho các dịch vụ liên quan (VND)	Thuế, phí, lệ phí (nếu có) (VND)	Thành tiền (VND)
1	Thiết bị A									
2	Thiết bị B									

(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của thiết bị y tế)

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... *[ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày]*, kể từ ngày ... tháng... năm. ..*[ghi ngàytháng...năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I - Yêu cầu báo giá]*.

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

....., ngày.... tháng....năm....

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp

(Ký tên, đóng dấu (nếu có))